



Rapporto di Taratura Nr. 1248/26

Nome Cliente: Wurth s.r.l.
 Numero Commessa Interna: 118
 Descrizione Strumento: Calibro a corsoio
 Matricola: 60118/29
 Campo di misura: 150 mm
 Divisione: 0,050
 Forma costruttiva: Tipo A1 - Interni, esterni, profondità (vite)
 Norma: UNI EN ISO 13385-1
 Verifica visiva: conforme
 Verifica funzionamento: conforme
 Planarità superfici: conforme
 Parallelismo: conforme
 Procedura: PT.003/RTB/A-Rev.0
 Condizioni ambientali: Temperatura 20±1°C - Umidità relativa 50±10%
 Strumento usato e campione primario: Set 8 Blocchetti No. LM.309.002 Numero del certificato: LAT 136 0182/CL/25
 Set 83 Blocchetti No. LM.309.008 Numero del certificato: LAT 136 0179/CL/25
 Set 8 Blocchetti No. LM.309.003 Numero del certificato: LK-003 13687-LTM-24
 Blocchetto pianparallelo No. BP043 Numero del certificato: SI 0001/25
 Blocchetto pianparallelo No. LM.309.001 Numero del certificato: LAT 051 CBLC25P0517C0
 Set anelli azz. No. LM.304.007 Numero del certificato: LAT 051 CALS24P026BA0

Tipo visualizzatore: con nonio
Nr. d'identificazione:

Stima dell'incertezza: $U = 50 \mu\text{m}$

U = Incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura $k=2$ che per una distribuzione normale corrisponde a un livello di confidenza di circa il 95%

Misurazioni d'esterni

Nr.	Valore nominale [mm]	Lim. errore [mm]	Misura [mm]	Scostamento [mm]	Fuori tolleranza [mm]
1	0,00	0,05	0,00	0,00	-
2	41,30	0,05	41,30	0,00	-
3	131,40	0,10	131,40	0,00	-

Misurazioni d'interni

Nr.	Valore nominale [mm]	Lim. errore [mm]	Misura [mm]	Scostamento [mm]	Fuori tolleranza [mm]
1	25,00	0,05	25,00	0,00	-

Misurazioni di profondità

Nr.	Valore nominale [mm]	Lim. errore [mm]	Misura [mm]	Scostamento [mm]	Fuori tolleranza [mm]
1	50,00	0,05	50,00	0,00	-

Osservazioni:

Data Verifica 20/02/2026	Prossima Verifica	Esito Conforme	Operatore / Responsabile L.M. BOCCHI
-----------------------------	-------------------	-------------------	--